


**NFZ****Zastępca Prezesa ds. Medycznych  
Narodowego Funduszu Zdrowia**

znak: NFZ/CF/DGL/2010/075/01M/W/12769/PAT


Warszawa, dnia 25.06.2010 r.

NRA - Warszawa  
 Wpłynęło dn. 25.06.10  
 L. dz. PAT 100  
 Podpis 

~~Pan/Pani  
 Dyrektor  
 Oddziału Wojewódzkiego  
 Narodowego Funduszu Zdrowia  
 - wszyscy -~~


W załączeniu przesyłam pismo z dnia 16 czerwca 2010 r. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczące sprawy znak: WM/NR-070-0130/10/DAR - zamiana pasków testowych i glukometrów firmy Johnson & Johnson.

*OIRA - wysłane  
 Czynności NRK  
 Dpl. Informacji  
 E. Jankowski*



2 *porozumienie*  
 Zastępca Prezesa ds. Medycznych  
 Narodowego Funduszu Zdrowia  
  
 Maciej Dworcki

Do wiadomości:1. Pan Grzegorz KucharewiczPrezes Naczelnej Izby AptekarskiejZałączniki:

1. Pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znak: WM/NR-070-0130/DAR/1



PA  
21.06.10  
BUT



Maciej Dworski  
Zastępca Prezesa ds.  
Medycznych  
Narodowy Fundusz Zdrowia  
ul. Grójecka 186  
02-390 Warszawa

Szanowny Panie Prezisie,

Znak sprawy: WM/NR-070-0130/10/DAR/1  
(w korespondencji prosimy zawsze podawać znak sprawy)

W odpowiedzi na pismo nr NFZ/CF/DGL/2010/073/0217/W/11884/DAT z dnia 14.06.2010 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że paski OneTouch Select stosowane z glukometrem OneTouch Select są nowocześniejszą wersją pasków OneTouch Test Strips wykorzystywanych w glukometrach: OneTouch, OneTouch Basic, OneTouch II i OneTouch Profile. Wszystkie glukometry wraz z odpowiednimi paskami służą do tego samego celu, czyli monitorowania stężenia glukozy we krwi. Zatem na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135) można uznać, że paski OneTouch Select są odpowiednikiem pasków testowych OneTouch Test Strip, ale tylko w przypadku, gdy będą używane wraz z kompatybilnym do nich glukometrem OneTouch Select. Ponadto, z informacji zawartych w załączniku do ww. pisma wytwórcy - Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. zapewnia na rzecz każdego pacjenta, któremu będzie oferowany test paskowy nowszej generacji, tj. OneTouch Select, możliwość nieodpłatnego otrzymania glukometru zgodnego z tego typu paskami.

Z poważaniem,

PREZES  
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych  
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Grzegorz Cessak